ПАСПОРТ
на медицинское изделие

Наименование: **Пупиллометр цифровой**
Модель: **ALMAS TN-2600**
Серийный номер:
Год выпуска: **2025**
Производитель: **Lianyungang Tiannuo Optical Instrument Co., Ltd., Китай**

1. Технические характеристики

Наименование	Параметр
Диапазон измерений межзрачкового расстояния (монокулярно)	22,5-41 мм
Диапазон измерений межзрачкового расстояния (бинокулярно)	45-82 мм
Шагизмерения	0,1 или 0,5 мм
Диапазонрабочихрасстояний	30 см до бесконечности, непрерывный регулируемый
Дисплей	Цифровой жидкокристаллический дисплей Размер: 113x17 мм
Лампа освещения	LED (светодиод) Напряжение: 3 В Ток: 20 мА Мощность: 0.06 Вт
Фокусировочная точка	Зеленая точка на светящемся фоне
Напряжение	3 В (2 батарейки АА по 1.5 В)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	255×163×58 мм
Вес	684 г

2. Комплект поставки

- Пупиллометр цифровой ALMAS TN-2600 (в сборе с линзой 0 дптр. и носоупором) - 1 шт.
- Линза 0 дптр. (запасная) - 1 шт.
- Линза +2 дптр. - 2 шт.
- Носоупор (запасной) - 1 шт.
- Батарейка АА - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Соответствие нормативным документам

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2023, ГОСТ ISO 10993-23-2023, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ 31214-2016, ГОСТ 31209-2003, ГОСТ 31870-2012, ГОСТ Р 55227-2012, ГОСТ 34171-2017

Регистрационное удостоверение № РЗН 2025/25992 от 31.07.2025, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

4. Дата поставки, печать и подпись Поставщика

ООО «ИнтерОПТИК-Сервис»
Москва, ул. Дубки 4
Тел.: +7 495 225-44-38

«_____» _____202__ г. М.П._____/Иванидзе Н.В./

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данным талоном ООО «ИнтерОПТИК-Сервис» обязуется произвести бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение гарантийного срока **12 месяцев** с даты продажи потребителю.

Наименование оборудования:	Пупиллометр цифровой
Модель:	ALMAS TN-2600
Серийный номер:	
Год выпуска:	2025

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4.1. Настоящая гарантия выдается в дополнение к конструктивным и иным правам потребителя, установленным законодательством РФ.
4.2. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного Акта сдачи-приемки оборудования и гарантийного талона с указанием серийного номера, даты поставки, гарантийного срока, печатью представителя фирмы- производителя.
4.3. Настоящий талон дает право на бесплатную диагностику и устранение неисправностей, возникших по вине производителя. В том случае, если неисправность возникла не по вине производителя, владелец талона обязан оплатить услуги по проведенной диагностике в соответствии с утвержденными тарифами.
4.4. Настоящая гарантия недействительна если:
4.5. Нарушены правила хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации (прилагается к изделию);
4.6. Оборудование несет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта оборудования в неуполномоченном сервисном центре;
4.7. Обнаружены несанкционированные изменения конструкции Оборудования (за исключением случаев, оговоренных в Руководстве по эксплуатации);
4.8. Имеются механические повреждения;
4.9. Имеются повреждения вызванные пожаром, неисправностью электрической сети, молнией или другими действиями непреодолимой силы;
4.10. Имеются повреждения вызванные попаданием внутрь изделия химических веществ, жидкостей, пыли, насекомых и других посторонних предметов;
4.11. Имеются повреждения вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.
4.12. 5. Настоящая гарантия не распространяется на программное обеспечение, батареи и аккумуляторы, расходные материалы.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь
в ООО "ИнтерОПТИК-Сервис"
Адрес: 127434, Москва, ул. Дубки 4.
Тел. +7 495 225-44-38, E-mail: info@inter-optic.ru

Общие меры предосторожности при работе с медицинским изделием:

-Данный прибор является точным электронно-оптическим оборудованием. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте прилагаемое руководство по эксплуатации.

-Пользоваться данным прибором должен только врач или квалифицированный персонал, прошедший обучение.

-При обнаружении неисправности прибора составьте отчет и свяжитесь с представителем фирмы-производителя.

Представитель производителя и его адрес:

ООО «ИнтерОПТИК-Сервис»
Москва, ул. Дубки 4
Тел.: +7 495 225-44-38

«_____» _____202__ г. М.П._____/Иванидзе Н.В./