



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июня 2025 года № РЗН 2025/25694

На медицинское изделие
Лампа щелевая ALMAS с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "АлмасМед"
(ООО "АлмасМед"), Россия,
109147, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул.
Абельмановская, д. 6, помещ. 2

Производитель
"66 Вижн Тек Ко. Лтд.", Китай,
66 Vision Tech Co., Ltd., 34 Daru Lane, Suzhou, Jiangsu, China

Место производства медицинского изделия
66 Vision Tech Co., Ltd., Floor 3&4, Building 2, No. 9 Jinfeng Road, Suzhou New
District, Suzhou, Jiangsu, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-67293/107921 от 18.02.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 25 июня 2025 года № 4041
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0085171

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июня 2025 года

№ РЗН 2025/25694

Лист 1

На медицинское изделие

Лампа щелевая ALMAS с принадлежностями, в вариантах исполнения:

I. Лампа щелевая ALMAS YZ5X, в составе:

1. Основной блок YZ5X - 1 шт.
2. Лицевой упор YZ5X - 1 шт., в составе:
 - подбородник;
 - лобовой упор;
 - фиксационная мишень.
3. Экран для защиты от дыхания YZ5 - 1 шт.
4. Блок питания YZ5WLA с расположенным на нем управлением яркостью освещения - 1 шт. (при необходимости).
5. Блок питания YZ5WTLA для варианта с управлением яркостью освещения на основании лампы щелевой - 1 шт. (при необходимости).
6. Столешница YZ5 с направляющими рельсами, скользящей пластиной и коробкой для принадлежностей - 1 шт. (при необходимости).
7. Металлическая платформа YZ5 с направляющими рельсами и скользящей пластиной - 1 шт. (при необходимости).
8. Крышка направляющего рельса YZ5 - 2 шт.
9. Кабель питания H05VV-F-3G - 1 шт.
10. Запасная лампа галогеновая OSRAM 64251 - не более 2 шт. (при необходимости).
11. Лопатка тестовой фокусировки YZ5 - 1 шт.
12. Защитная крышка YZ5 - 1 шт.
13. Пылезащитный чехол YZ5 - 1 шт.
14. Щетка VTB10 - 1 шт. (при необходимости).
15. Запасной предохранитель 51S-0500H - не более 2 шт.
16. Крестовая отвертка PH4 - 1 шт.
17. Часовая отвертка (маленькая) PH3 - 1 шт.
18. Гаечный ключ 1214 - не более 2 шт.
19. Бумага для подбородника YZ5 - 100 шт.
20. Руководство по эксплуатации YZ5X - 1 шт.

II. Лампа щелевая ALMAS YZ5X1, в составе:

1. Биноккулярный тубус YZ5X1 - 1 шт.
2. Основной блок YZ5X1 - 1 шт.
3. Лицевой упор YZ5X - 1 шт., в составе:
 - подбородник;
 - лобовой упор;
 - фиксационная мишень.
4. Экран для защиты от дыхания YZ5 - 1 шт.
5. Блок питания YZ5WLA с расположенным на нем управлением яркостью освещения - 1 шт. (при необходимости).
6. Блок питания YZ5WTLA для варианта с управлением яркостью освещения на

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162951



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июня 2025 года

№ РЗН 2025/25694

Лист 2

основании лампы щелевой - 1 шт. (при необходимости).

7. Столешница YZ5 с направляющими рельсами, скользящей пластиной и коробкой для принадлежностей - 1 шт. (при необходимости).

8. Металлическая платформа YZ5 с направляющими рельсами и скользящей пластиной - 1 шт. (при необходимости).

9. Крышка направляющего рельса YZ5 - 2 шт.

10. Кабель питания H05VV-F-3G - 1 шт.

11. Желтый светофильтр YZ5 - 1 шт. (при необходимости).

12. Запасная лампа галогеновая OSRAM 64251 - не более 2 шт. (при необходимости).

13. Лопатка тестовой фокусировки YZ5 - 1 шт.

14. Защитная крышка YZ5 - 1 шт.

15. Пылезащитный чехол YZ5 - 1 шт.

16. Щетка VTB10 - 1 шт. (при необходимости).

17. Запасной предохранитель 51S-0500H - не более 2 шт.

18. Крестовая отвертка PH4 - 1 шт.

19. Часовая отвертка (маленькая) PH3 - 1 шт.

20. Гаечный ключ 1214 - не более 2 шт.

21. Бумага для подбородника YZ5 - 100 шт.

22. Руководство по эксплуатации YZ5X1 - 1 шт.

III. Лампа щелевая ALMAS YZ5G, в составе:

1. Осветительная часть YZ5G - 1 шт.

2. Бинокулярный тубус YZ5G - 1 шт.

3. Основной блок YZ5G - 1 шт.

4. Лицевой упор YZ5 - 1 шт., в составе:

- подбородник;

- лобовой упор;

- держатель линзы Руби;

- точечная фиксационная мишень.

5. Экран для защиты от дыхания YZ5 - 1 шт.

6. Блок питания YZ5WLA с расположенным на нем управлением яркостью освещения - 1 шт. (при необходимости).

7. Блок питания YZ5WTLA для варианта с управлением яркостью освещения на основании лампы щелевой - 1 шт. (при необходимости).

8. Столешница YZ5 с направляющими рельсами, скользящей пластиной и коробкой для принадлежностей - 1 шт. (при необходимости).

9. Металлическая платформа YZ5 с направляющими рельсами и скользящей пластиной - 1 шт. (при необходимости).

10. Крышка направляющего рельса YZ5 - 2 шт.

11. Кабель питания H05VV-F-3G - 1 шт.

12. Желтый светофильтр YZ5 - 1 шт. (при необходимости).

13. Линза Руби YZ5G - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162952



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июня 2025 года

№ РЗН 2025/25694

Лист 3

14. Направляющая линзы Руби YZ5G - 1 шт.
15. Запасная лампа галогеновая OSRAM 64251 - не более 2 шт. (при необходимости).
16. Лопатка тестовой фокусировки YZ5 - 1 шт.
17. Защитная крышка YZ5 - 1 шт.
18. Пылезащитный чехол YZ5 - 1 шт.
19. Длинное отражающее зеркало YZ5G - не более 2 шт.
20. Короткое отражающее зеркало YZ5G - не более 2 шт.
21. Щетка VTB10 - 1 шт. (при необходимости).
22. Запасной предохранитель 51S-0500H - не более 2 шт.
23. Крестовая отвертка PH4 - 1 шт.
24. Часовая отвертка (маленькая) PH3 - 1 шт.
25. Гаечный ключ 1214 - не более 2 шт.
26. Бумага для подбородника YZ5 - 100 шт.
27. Руководство по эксплуатации YZ5G - 1 шт.

IV. Лампа щелевая ручная ALMAS YZ3, в составе:

1. Лампа щелевая ALMAS YZ3 - 1 шт.
2. Фокусировочный модуль YZ3 - 1 шт.
3. Лобовой упор YZ3 - 1 шт.
4. Зарядное устройство СН-Р1640 - 1 шт.
5. Аккумуляторная батарея EN-EL1 (FB-EN-EL1) - 2 шт. (при необходимости).
6. Окуляры YZ3 16х - 2 шт. (при необходимости).
7. Кейс для переноски и хранения YZ3 - 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации YZ3 - 1 шт.

Принадлежности:

1. Адаптер видеокамеры (CCD) - 1 шт. (при необходимости).
2. Адаптер фотокамеры - 1 шт. (при необходимости).
3. Наблюдательная труба ассистента - 1 шт. (при необходимости).
4. Делитель луча - 1 шт. (при необходимости).
5. Видеокамера (CCD) - 1 шт. (при необходимости).
6. Окуляры со шкалой - 2 шт. (при необходимости).
7. Стол приборный - 1 шт. (при необходимости).

≠

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0162953