ПАСПОРТ
на изделие медицинской техники

Название	**Набор пробных линз**
Модель	**TL-35M**
Серийный номер	_____
Производитель	«Рексам Ко. Лтд.», Япония
Представитель в России	ООО «ИнтерОПТИК-Сервис»

1. Технические характеристики

Диапазон значений и количество линз:	
Сфера	+20D ~ -20D, 140 шт.
Цилиндр	+6D ~ -6D, 68 шт.
Призма	0.5ΔD ~ 8ΔD, 12 шт.
Доп. принадлежности:	Окклюдор, диафрагмы (2 шт.), щель

2. Комплект поставки:
Набор линз в деревянном кейсе с вынимающимся внутренним ящиком.
Пробная оправа в набор не входит.

3. Соответствие нормативным документам
Оборудование выпускается в соответствии с нормативами
ISO 9001 07.94
EN 46001 08.96
Сертификат соответствия РОСС JP.АЮ40.В21343, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-95, ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96, ГОСТ 23511-79

4. Гарантийные обязательства
Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента поставки. Гарантия не распространяется на расходные материалы и быстроизнашивающиеся детали.

5. Общие меры предосторожности при работе с медицинским электрооборудованием
Данный прибор является точным электронно-оптическим оборудованием. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по установке и использованию.
7.1. Пользоваться данным оборудованием должен только врач или квалифицированный персонал, прошедший обучение.
7.2. Устанавливая прибор, помните о нижеследующем:
(1) Прибор должен располагаться так, чтобы на него не попадали брызги воды.
(2) Прибор следует предохранять от неблагоприятного воздействия перепадов атмосферного давления, температуры, влажности, вентиляции, прямых солнечных лучей, пыли, химикатов, паров и газов.
(3) Прибор следует предохранять от наклонов, вибраций и ударов (в том числе и при транспортировке).
(4) Не устанавливайте прибор вблизи мест хранения химикатов и источников газа.
(5) Проверьте соответствие напряжения, тока и мощности сети параметрам прибора.
(6) Правильно подсоедините заземляющий провод.

Дата поставки, печать и подпись Поставщика

«____» _____ 201__ г. М.П. _____ (_____)