

ПАСПОРТ
на медицинское изделие

Наименование: **Набор пробных линз**
Модель: **ALMAS MT-266**
Серийный номер: _____
Год выпуска: **2025**
Производитель: **Lianyungang Tiannuo Optical Instrument Co., Ltd., Китай**

1. Технические характеристики:

Диапазон значений и количество линз:	
Положительные и отрицательные стигматические (сферические) линзы, по две каждого номинала	от -20,00 дптр. до +20,00 дптр., 160 шт.
Положительные и отрицательные астигматические (цилиндрические) линзы, по две каждого номинала	от -6,00 дптр. до +6,00 дптр., 80 шт.
Призматические линзы с номинальным значением призматического действия	от 0,50 пр. дптр. до 10,00 пр. дптр., 14 шт.
Дополнительные принадлежности	Окклюдер (BL), 1 шт. Точечная диафрагма малая (1,0) (PH), 1 шт. Точечная диафрагма большая (1,5) (PH), 1 шт. Щелевая диафрагма малая (1,0) (SS), 1 шт. Щелевая диафрагма большая (1,5) (SS), 1 шт. Красный светофильтр (RF), 1 шт. Зеленый светофильтр (GF), 1 шт. Призма Мэддокса (MR), 1 шт. Линза с плоским полем зрения (PL), 1 шт. Линза с перекрестием (CL), 1 шт. Матированная линза (FL), 1 шт. Кресс-цилиндр 0,25 (CC), 1 шт. Кресс-цилиндр 0,50 (CC), 1 шт.
Общее число элементов набора	267
Диаметр линз в оправе	38,0 мм
Материал обойм линз набора	металл
Габаритные размеры кейса (футляра) с линзами, (Д×В×Ш)	545×95×375 мм
Масса кейса (футляра) с линзами	6,7 кг

2. Комплект поставки

- Чემодан для транспортировки и хранения.
- Деревянный лоток под линзы.
- Линзы и дополнительные принадлежности – 267 шт.
- Салфетка для протирки линз.
- Руководство по эксплуатации.

3. Соответствие нормативным документам

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ ISO 9801-2011, ГОСТ 31590.1-2012 (ISO 15004-1:2006), ГОСТ 31214-2003, ГОСТ 31814-2012, ГОСТ Р 52770-2007, п. 5.1, ГОСТ ISO 10993-1-2011

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5958 от 31.05.2024, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

4. Дата поставки, печать и подпись Поставщика

« _____ » _____ 2025 г.

М.П. _____ /Иванидзе Н.В./

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данным талоном ООО «ИнтерОПТИК-Сервис» обязуется произвести бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение гарантийного срока **12 месяцев** даты продажи потребителю.

Наименование оборудования:	Набор пробных линз
Модель:	ALMAS MT-266
Серийный номер:	
Год выпуска:	2025

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Настоящая гарантия выдается в дополнение к конструктивным и иным правам потребителя, установленным законодательством РФ.
- Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного Акта сдачи-приемки оборудования и гарантийного талона с указанием серийного номера, даты поставки, гарантийного срока, печатью представителя фирмы-производителя.
- Настоящий талон дает право на бесплатную диагностику и устранение неисправностей, возникших по вине производителя. В том случае, если неисправность возникла не по вине производителя, владелец талона обязан оплатить услуги по проведенной диагностике в соответствии с утвержденными тарифами.
- Настоящая гарантия недействительна если:
 - Нарушены правила хранения, транспортировки и эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации (прилагается к изделию);
 - Изделие несет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;
 - Обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - Имеются механические повреждения;
 - Имеются повреждения вызванные пожаром, молнией или другими действиями непреодолимой силы.

**По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь в
ООО "ИнтерОПТИК-Сервис"**

Адрес: 127434, Москва, ул. Дубки 4.

Тел. 8 (495) 225-44-38, E-mail: info@inter-optic.ru

Общие меры предосторожности при работе с медицинским изделием:

- Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте прилагаемое руководство по эксплуатации.
- Пользоваться данным изделием должен только врач или квалифицированный персонал, прошедший обучение.
- Регулярно проводите чистку изделия мягкой салфеткой и нейтральными моющими жидкостями согласно инструкциям, описанным в руководстве по эксплуатации (прилагается к изделию).
- Не подвергайте изделие воздействию агрессивных сред, высоких или низких температур.
- При обнаружении неисправности изделия составьте отчет и свяжитесь с представителем фирмы-производителя.

Дата поставки, печать и подпись представителя производителя:

«_____» _____ 2025 г.

М.П. _____ /Иванидзе Н.В./